

设备卡片号：070302

设备名称：现场流式可视系统

规格型号：FlowCAM CX IV

设备单价：855698.5

设备数量：1

购置时间：2007.11.27

设备状态：正常

设备所在地：

设备负责人：刘诚刚

功能及技术指标：

颗粒摄像：彩色成像 CCD 分辨率 1024(H) x 768(V)；显微放大：2X 放大组件，检测 3-1000  $\mu\text{m}$  范围颗粒物；4X 放大组件，检测 6-300 和 6 -600  $\mu\text{m}$  范围颗粒物；10X 放大组件，检测 6-100  $\mu\text{m}$  范围颗粒物；20X 放大组件，检测 2-50  $\mu\text{m}$  范围颗粒物；荧光激发：使用波长 532nm 固体激光器，激光功率 30 mW。  
信号分析：分析速度最高 10ml/min。

设备图片：